




Information produit

Nom produit : Filtré 80% (SFIL800424)
 Société : Nature Technologie
 Donnée : Data_20240410_Nature Technologie_Filtré 80% (SFIL800424).lcd
 Méthode : High sensitivity.lcm
 Série : Analysis20240410_114539.lcb
 Flote # : 1-19
 Vol. d'injection : 5 uL
 Masse : 58 mg
 Vol. d'extraction : 20 mL
 Dilution : 10
 Acquis le : 10/04/2024 13:23:16
 Validé le : 10/04/2024 14:56:34

Limite de quantification : 0,01%
 Acquis par : Glouannec Alan
 Validé par : Glouannec Alan

Chromatogram

mV



Résultats quantitatifs

Detector A

Name	Ret. Time	Dry weight %
CBDVA	2,245	0,06
CBDV	2,455	0,35
CBDA	3,082	3,70
CBGA	3,284	0,15
CBG	3,420	0,07
CBD	3,596	77,12
H4CBD	--	<LOQ
THCV	3,887	0,03
THCVA	--	<LOQ
CBN	5,320	0,03
d9-THC	6,655	0,21
d8-THC	--	<LOQ
CBL	--	<LOQ
CBC	8,322	0,14
THCA	8,940	0,07
CBCA	10,259	0,22

Total THC	0,27	%
Total CBD	80,37	%
Total CBG	0,21	%
Total CBN	0,03	%

Les résultats de cette analyse ne sont valables que pour l'échantillon ayant été fourni au laboratoire.
 Un échantillon sera conservé pour une période de 3 mois après analyse si une quantité suffisante a été fournie au laboratoire.

<LOQ = Inférieur à la limite de quantification

Laboratoire d'analyse de la société
TM Nature distribution
99 Rue des Fleurs - 73170 Yenne
Tel: 06 38 05 83 51
E-mai : contact@test-cbd.com
n°Siret : 84841988300030