


Information produit

Nom produit : Casablanca (RCASA0126)
 Société : Nature Technologie
 Donnée : Data_20260113_Nature Technologie_Casablanca (RCASA0126).lcd
 Méthode : High sensitivity.lcm
 Série : Analysis20260113_100438.lcb
 Flacon # : 1-3
 Vol. d'injection : 5 µL
 Masse : 212 mg
 Vol. d'extraction : 20 mL
 Dilution : 20
 Acquis le : 13/01/2026 10:27:57
 Validé le : 13/01/2026 11:54:13

Limite de quantification : 0,01%
 Acquis par : Glouannec Alan
 Validé par : Glouannec Alan

Chromatogram

mV



Résultats quantitatifs

Detector A		
Name	Ret. Time	Dry weight %
CBDVA	--	<LOQ
CBDV	2,478	0,09
CBDA	--	<LOQ
CBGA	--	<LOQ
CBG	--	<LOQ
CBD	3,637	64,58
THCV	--	<LOQ
THCVA	--	<LOQ
CBN	--	<LOQ
d9-THC	--	<LOQ
d8-THC	--	<LOQ
CBL	--	<LOQ
CBC	--	<LOQ
THCA	--	<LOQ
CBCA	--	<LOQ

Total THC	0,00	%
Total CBD	64,58	%
Total CBG	0,00	%
Total THCV	0,00	%

Les résultats de cette analyse ne sont valables que pour l'échantillon ayant été fourni au laboratoire.
 Un échantillon sera conservé pour une période de 3 mois après analyse si une quantité suffisante a été fournie au laboratoire.

**Laboratoire d'analyse de la société
 TM Nature distribution**
370 rue capitaine Simon-73170 Yenne
Tel: 04 57 08 93 43
E-mail : contact@test-cbd.com
n°Siret : 84841988300048

<LOQ = Inférieur à la limite de quantification
 Cette mention peut aussi signifier que la molécule ciblée n'est pas quantifiable.

Pour connaître la législation en vigueur en France référez vous à l'actualisation du 04/06/2024 de la décision du 22/05/2024 de l'ANSM.

